



TE6210

绝缘油介质损耗测试仪

● 产品简介

TE6210绝缘油介质损耗测试仪是对各种绝缘液体(变压器油、电容器油、电缆油等)的介质损耗($\tan \delta$)进行测量的专业化高科技仪器。

该仪器采用高频感应加热技术。加热均匀，升温速度快，时间短。采用单片机进行控制和计算，实现自动化测试;测量电容和介损的精度高、数据稳定、重复性好;输出电压0~2000V连续可调，适合不同试品的各电压等级需要，广泛适用于变压器油，电容器油及电缆油的介损测量。

● 仪器外观



● 主要特点

- ◆ 本仪器结构为集油杯、加热、控温、调压功能为一体。
- ◆ 采用大屏幕液晶汉显，汉字打印，汉字菜单，操作简单。
- ◆ 具有过压、过流、限位保护功能。
- ◆ 高频感应加热油杯、短时均匀加热。
- ◆ 通过置于测量电极内的探头直接测量温度。
- ◆ 空杯自动校准。
- ◆ 内含正弦波发生器，数字调压产生标准50Hz大功率测试电源。

● 主要技术参数

- ◆ 试验电压范围: AC 0~2000V 50Hz
- ◆ 测量温度范围: 室温~125℃
- ◆ 介损测量范围: 0.00001~1
- ◆ 功率: 500W
- ◆ 电源电压: AC 220V $\pm$ 10%
- ◆ 相对介电常数: (1.0~10.0) $\pm$ 1%
- ◆ 环境温度: 0℃~+40℃
- ◆ 相对湿度: <75%RH

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址: 武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话: (027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真: (027) 6784 5319 邮编: 430074
免费服务热线: 800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号: 04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制: 01000301